

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 韩小培	
	职称: 会计师	
	工作单位: 广医四院	
项目信息	项目名称: 儿童肺功能测试系统激发试验模块采购项目	
	项目编号: GYSYSBZXDY202502	
	供应商名称: 广州市华睿医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>据了解,广州市华睿医疗科技有限公司是 Vyair 耶格 MasterScreen 婴幼儿肺功能测试仪在本区域内唯一的代理商,本次采购的激发试验模块为肺功能测试仪专机专用模块,只能搭配伟亚安医疗器械(上海)有限公司生产的肺功能测试仪使用,且直接在原设备上增加激发实验模块并升级即可使用,目前在国内外暂无其他品牌激发试验模块可兼容该主机使用,符合从唯一供应商处采购的政府采购政策。同意采用单一来源采购的方式。</p>	
专业人员签字	韩小培	日期: 2025年4月3日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 如茅子	
	职称: 工程师	
	工作单位: 中医院	
项目信息	项目名称: 儿童肺功能测试系统激发试验模块采购项目	
	项目编号: GYSYSBZXDY202502	
	供应商名称: 广州市华睿医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>医院现有 Vyair 耶格 MasterScreen 婴幼儿肺功能测试仪一套。为了临床工作的开展, 科室需要增加支气管激发试验检测功能, 需要在此肺功能测试系统上新增支气管药物激发试验模块, 新增模块必须兼容现有肺功能测试系统相关功能并能与其实现信息共享, 故需要从该设备生产厂家采购原厂匹配功能模块, 盐城健奥医疗器械有限公司是该设备在本区域内唯一的代理商, 因此采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	如茅子	日期: 2025 年 4 月 3 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：唐建平	
	职称：主任医师	
	工作单位：广州医科大学附属第四医院	
项目信息	项目名称：儿童肺功能测试系统激发试验模块采购项目	
	项目编号：GYSYSBZXDY202502	
	供应商名称：广州市华睿医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>目前我科使用的 Vyair 耶格 MasterScreen 婴幼儿肺功能测试仪需加装哮喘激发实验模块--APS 对哮喘诊断、分级诊疗，慢病管理是最有效的检测方法，可快速而简单的诊断。也是可进行高重复性的特异性和非特异性激发实验，测试程序和激发程序需结合一体穿插进行，其他品牌产品目前均无法达到此要求，只有原厂 APS Pro 模块与原有设备可配套使用。广州市华睿医疗科技有限公司是 Vyair 在本区域内唯一的合法授权经销商，只能从该供应商处购买产品及相关服务，同意采用单一来源采购的方式。</p>	
专业人员签字	唐建平	日期：2025 年 4 月 3 日